ALEXANDER WIEGAND SE & Co. KG

ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА
ТИП SWT52G

П А С П О Р Т №
19/10/21.

1. Общие сведения

1.1 Защитная гильза предназначена для установки в нее штока средства измерения температуры и защиты его от нежелательных воздействий измеряемой среды.
1.2 Защитная гильза SWT52G выпускается по документации фирмы-изготовителя ТУ TW 90.11.
1.3 Изготовитель: фирма “ВИКА Александер Виганд СЕ и Ко. КГ”, Германия.
1.4 Декларация о соответствии № RU Д-DE.СК08.В.00097 от 25.05.2017. Сертификат соответствия № RU C-DE.СК08.В.00025 от 25.05.2017.

2. Основные технические данные и характеристики

Защитная гильза Модель SWT52G
для термометров модели 52 высококачественное исполнение
Технические характеристики согласно типовому листу: TW 90.11
Присоединение к процессу: вкручиваемая
Присоединение к термометру: фиксирующий винт
Отверстие: для термометров с диаметром штока 8 мм
внешний диаметр защитной гильзы: 10 мм
Материал зашитной гильзы: нержавеющая сталь 1.4571
Присоединение к процессу: E=G 1/2 B
Монтажная длина l1: 100 мм
Размер отверстия d1: трубка 10 x 0,9 мм (1.4571)

3. Комплектность

Наименование	*Кол-во*	*Примечание*
1. Прибор 2. Паспорт	1	Партия изделий, поставляемых на один адрес, комплектуется одним паспортом.

4. Свидетельство о приемке

4.1 Изделие соответствует требованиям TW90.11 и признано годным к эксплуатации. Контроль качества изготовления по ИСО 9001.
Отметка торгующей организации:

19.10.2021_____

5. Гарантийные обязательства

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования.
5.2 Гарантийный срок - 24 месяца со дня продажи.

КОМФОРТ